



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Detector de gas

Marca: SENKO Co, LTD (AimSafety)

Modelo: SP-SGT-CO (PM100-CO), SP-SGT-H2S (PM100-H2S), PM100-NH3 (PM100NH3), SP-SGT-O2 (PM100-O2), SP-SGT-SO2 (PM100-SO2), PM150-CO2 (PM150CO2)

Características eléctricas nominales

3.6 Vcc, 1.2Ah

GUIA RÁPIDA

Notas:

Antes de usar, marque la fecha de activación en la casilla. No utilice el monitor si la fecha de activación ha pasado.

Activación:

Para activar el monitor, mantenga presionada la tecla de función durante 3 segundos. Mientras se presiona la tecla, se mostrará el temporizador de conteo progresivo. Una vez que el contador llegue a tres (3), suelte la tecla de función. El monitor realizará la siguiente secuencia de inicio.



La unidad mostrará el tipo de gas, la versión de firmware, la pantalla / prueba de alarma, seguido de una estabilización de 10 segundos. Una vez que se completa la cuenta regresiva, el monitor pasa por defecto al modo de medición, mostrando las lecturas de gas y el icono.

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.